



Zespół Opieki Zdrowotnej
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno



Tel. 0 56 677 26 07
NIP: 875-13-50-414
REGON: 000310025
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
www.zoz.chelmno.pl

Chełmno, dnia 10.07.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/106/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”, nr post. 28/2023.

Pytanie nr 1

dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści ustnik z otworem centralnym o wymiarach 21mm x 26,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

dotyczy: pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów foliowych pakowanych luzem w worku po 100 szt?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów foliowych w bloku do odrywania pakowanych 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy: Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający opuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości po naciągnięciu 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

dotyczy: Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający opuści koszulę wykonaną z granatowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

dotyczy: Pakiet 1, pozycja 3-4

Czy Zamawiający opuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren jednorazowy do ssaka o poniższych parametrach:

- wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzeniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- dostępne następujące typy zakończeń drenów:
 - ✓ lejek-lejek
 - ✓ lejek-lejek z docinaną końcówką cut-to-fit
 - ✓ lejek-Kapkon
- wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia
- zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem
- długości drenu:
 - ✓ 210 cm
 - ✓ 300 cm
- rozmiary drenów:
 - ✓ CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
 - ✓ CH 30 – 7,00 mm/10,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
- Jałowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

dotyczy: Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik do zabiegów endoskopowych w rozmiarze 20x26 mm i długości paska 46 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

dotyczy: Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o poniższych parametrach:

- umożliwia w bezpieczny sposób uzyskiwać próbkę krwi kapilarnej z opuszka palca lub płatka ucha do badań:
 - poziomu glikemii
 - gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej
 - stężenia mleczanów
- znajduje zastosowanie w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich
- polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły
- trójplaszczynowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonale prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
 - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
 - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany radiacyjnie
- Pakowanie: 100 szt. / box

NA-18	23 G	1,8 mm	zielony
NA-24	21 G	2,4 mm	różowy

- wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację
- wzduż drenu specjalne wzmocnienia wzdużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzeniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- dostępne następujące typy zakończeń drenów:
 - ✓ lejek-lejek
 - ✓ lejek-lejek z docinaną końcówką cut-to-fit
 - ✓ lejek-Kapkon
- wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia
- zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem
- długości drenu:
 - ✓ 210 cm
 - ✓ 300 cm
- rozmiary drenów:
 - ✓ CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
 - ✓ CH 30 – 7,00 mm/10,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
- Jałowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

dotyczy: Pakiet 1

Czy biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu zawierającego wyłącznie fartuchy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

dotyczy: Pakiet 1 poz 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

dotyczy: Pakiet 1 poz 1

czy zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o wymiarach 69 x 107 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

dotyczy: Pakiet 1 poz 2

czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

dotyczy: Pakiet 1

Czy biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zamawiający wydzieli poz 5-6 do osobnego pakietu zawierającego wyłącznie czepki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

dotyczy: Pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie drewna o wymiarach 6,0 x 9,0 mm - pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

dotyczy: pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 zestawu do kaniulizacji żył centralnych trojswiatłowe 7Fr 20cm , metoda Seldingera o następujących parametrach: cewnik wykonany z poliuretanu nietrombogenny, apirogenny z miękką, atraumatyczną końcówką , przewodnicą drucianą odporną na zaginanie z końcówką J. Zestaw posiadający rozszerzadło, strzykawkę, igłę ostrą cienkościenną 18Ga 6,35 cm, ukośnie ściętą, skrzydełka mocujące, zaciski ślizgowe na drenikach, kanały oznakowane kolorystycznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.