

Do wszystkich wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu

Chełmno, 15.09.2020 r.

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE**”, nr 16/2020.

### Pytanie nr 1

**Dotyczy: SIWZ, Projekt umowy, §2 ust. 7:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....*”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie nr 2

**Dotyczy: SIWZ, Projekt umowy, §3 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zakresie pakietu 12 termin ważności odczynników do badań *hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.*

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §3 ust. 3 projektu umowy w następujący sposób:**

„**Strony ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdujących się w opakowaniu, termin przydatności do użycia (nie krótszy niż 6 miesięcy). W przypadku krwinek wzorcowych termin ważności wynosi min. 5 tygodni licząc od daty produkcji**”.

**Pytanie nr 3****Dotyczy: SIWZ, Projekt umowy, §8 ust. 1 lit. a):**

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

*„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.*

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4****Dotyczy: SIWZ, Projekt umowy**

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji dokonywania przeglądu serwisowego. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Zamawiający zmienia par. 13 Projektu umowy w następujący sposób:**

**„Integralną część niniejszej umowy stanowi:**

- 1) formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ,**
- 2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

**Pytanie nr 5****Dotyczy: pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w innych opakowaniach (każdy test w opakowaniu zbiorczym zapakowany w indywidualną, szczelnie zamkniętą saszetkę) – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6****Dotyczy: pakiet nr 8 poz. 7-14**

Prosimy o dopuszczenie testów do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione w SIWZ, o parametrach przewyższających w stosunku do testu opisanego aktualnie w SIWZ (o niższych progach czułości, tj. niższych wartościach cut-off dla poszczególnych narkotyków):

Oferowane testy mają czułość amfetamina (300 ng/ml), barbiturany (300 ng/ml), benzodiazepiny (200 ng/ml), kokaina (100 ng/ml), metamfetamina (300 ng/ml), morfina/opiaty (300 ng/ml), metadon (300 ng/ml), ecstasy, MDMA (500 ng/ml), i THC (25 ng/ml).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7****Dotyczy: pakiet nr 8 poz. 7-14**

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniach x 40 szt. (każdy test w opakowaniu zbiorczym zapakowany w indywidualną, szczelnie zamkniętą saszetkę) – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 8****Dotyczy: pakiet 8 pozycja 6**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykrywania Ag Giardia lamblia wykorzystującego przeciwciała monoklonalne w formie kasetek?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 9****Dotyczy: pakiet 8 pozycja 9:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykrywania Metmafetaminy (MET) o czułości 300 ng/ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 10****Dotyczy: rozdział IV Projekt Umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.****Pytanie nr 11****Dotyczy: Par. 1 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby ilość mogła ulec zmianie, nie więcej niż o 20% dostawy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.****Pytanie nr 12****Dotyczy: Par. 3 ust. 3 Czy**

Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 13****Dotyczy: Par. 6 ust. 3**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dokonania zakupu nowego sprzętu laboratoryjnego wymagającego odczynników laboratoryjnych nie objętych niniejszą umową."** Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego fragmentu: "jednak nie wcześniej niż w chwili realizacji przynajmniej 80% wartości umowy."?  
Uzasadnienie: Zastrzeżenie prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie jej trwania powoduje znaczną niepewność co do długości trwania kontraktu oraz wolumenu sprzedawanego towaru.

**Odpowiedź: Par. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dokonania zakupu nowego sprzętu laboratoryjnego wymagającego odczynników laboratoryjnych nie objętych niniejszą umową, jednak nie wcześniej niż w chwili realizacji przynajmniej 80% wartości umowy”.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy: Par. 6 ust.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy: Par. 8 ust. 1, pkt a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy: zapisów SIWZ**

1. Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie elektronicznej. Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w tym składanie ofert.

Zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej w plik, do którego otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed terminem otwarcia ofert.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania oferty o 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy: zadania nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań materiału kontrolnego -Accu Chek Performa - zawierającego w opakowaniu obydwie poziomy niski i wysoki konfekcjonowane 2 x 2,5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia:**

- termin składania ofert z dnia 18.09.2020 r. do godz. 09:00 **na dzień 21.09.2020 r.** do godz. 09:00
- termin otwarcia ofert z dnia 18.09.2020 r. godz. 09:30 **na dzień 21.09.2020 r.** godz. 09:30.