

Chełmno, 29.04.2025 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/117/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do Poradni Kardiologicznej”, nr post. 21/2025.

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 220 x 140 mm? Nie wpłynie to na komfort użytkowania, zwłaszcza, że aparat będzie umieszczony na dedykowanym wózku jezdny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania pozostałych wymaganych parametrów w specyfikacji technicznej.

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8'' z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w zestawie z rejestratorem nie był zawarty kabel do podglądu? Kabel ten umożliwia jedynie podgląd w czasie rzeczywistym i nie jest tak bardzo potrzebny, zaś podroży to koszt samego rejestratora

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w zestawie z rejestratorem nie był zawarty kabel do podglądu.

Pytanie 4

Dotyczy: wzoru umowy §6 pkt 8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonywania przeglądów w miejscu użytkowania sprzętu i co za tymi idzie dopuszczenie wykonywania przeglądów i napraw w siedzibie Serwisu. Transport sprzętu w obie strony do i z siedziby Serwisu kurierem będzie odbywał się na koszt i ryzyko Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji. Wysyłka jest możliwa ze względu na wielkość sprzętu, a doliczenie kosztów dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego znacznie podwyższy koszty ostatecznej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.