

Chełmno, 19.09.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/216/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą histeroskopu bipolarnego wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 52/2024.

Pytanie 1**dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 3 oraz 4**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na jeden pojemnik, zastępujący dwa kosze z pozycją 3 i 4. Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji całego oferowanego systemu resektoskopii, stalowy, z odłączaną pokrywą, pokrywa z zamkiem mocującym oraz rączką do przenoszenia, dno kosza wyposażone w dedykowane uchwyty silikonowe do bezpiecznego mocowania wszystkich oferowanych części resektoskopu w tym również optyki, światłowodu oraz narzędzi histeroskopowych, wym.480x245x80mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 2****dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych do optyk, wykonany ze aluminium wymiary dł. 450 mm, szer. 70 mm, wys. 70mm, +/- 5 mm, z dedykowanymi uchwytami do utrzymywania optyk, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 3****dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych do histeroskopu, wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary dł. 480 mm, szer. 240 mm, wys. 50mm +/- 5mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 4****dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kosz/pojemnik do przechowywania i sterylizacji z unieruchomieniami na optykę, wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 460x80x52 mm. Dedykowany specjalnie pod optyki, kompatybilny z zamawianym asortymentem z poz. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5**dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kosz/pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych w tym Histeroskopu; wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 405x245x70 mm. Dedykowany do zamawianego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6**dotyczy: opis przedmiotu zamówienia pozycja 5**

Czy Zamawiający wymaga światłowodu wraz z adapterami? Jaka diatermia jest na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający posiada na wyposażeniu diatermię Karl Storz.