

Chełmno, 07.10.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/240/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Dzierżawa sprzętu do mikrometody wraz z zakupem odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz dostawa odczynników do serologii” nr post. 57/2024.

Pytanie 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym, co pozwoli na rzetelne oszacowanie ceny zaoferowanej oraz daje gwarancje, że stany magazynowe wykonawcy nie ulegną utylizacji ze względu na termin ważności, ponieważ Zamawiający znacznie ograniczy zakup określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zagwarantuje min. 50% realizacji wartości umowy brutto.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy zgodnie z harmonogramem producenta ? Projekt harmonogramu do akceptacji zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Uzasadnienie: Krwinki i zestawy próbek kontrolnych produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcom odczynników krwiopochodnych reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Tym bardziej, że produkt posiada termin ważności od 4-5 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 2 - poz. 8

Czy Standard anty-D MIKRO można zaoferować w ilości 4 pełnych opakowań tj. 10x2ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 4

Dot. Pakiet nr 2 - poz.9

Czy Dolichotest można zaoferować w ilości 3 pełnych oryginalnych opakowań handlowych 2x2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie gdzie będą publikowane odpowiedzi na zapytania oferentów?

Odpowiedź: Publikacja wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający publikuje na stronie ZOZ w zakładce „Przetargi”.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie Zamawiający informował oferentów o ewentualnych zmianach w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź: Wszelkie zmiany Zapytania ofertowego Zamawiający publikuje na stronie ZOZ w zakładce „Przetargi”.