

Chełmno, 05.11.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/262/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa produktów do aparatu nerkozastępczego dla ZOZ w Chełmno” nr post. 63/2024,

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, o średnicy 13 Fr o długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wysłizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego poz. 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Ad1) Zamawiający dopuszcza powyższe, przy czym wymaga również cewnik o średnicy 11,5 FR, cewnik bez otworów bocznych.

Ad2) Zamawiający wymaga ramion zagiętych.

Ad3) Zamawiający nie wyraża zgody.