



Zespół Opieki Zdrowotnej
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno

Tel. 0 56 677 26 07
NIP: 875-13-50-414
REGON: 000310025
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
www.zoz.chelmno.pl

Chełmno, 13.11.2025 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/263/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść szacowania wartości zamówienia przedmiotem którego jest „Usługa przeglądów sprzętu medycznego ZOZ w Chełmnie”.

Pytanie 1

dotyczy: Pakietu nr 76

Czy wymagana jest autoryzacja serwisowa wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2

dotyczy: Pakietu nr 76

Czy serwisant/wykonawca musi mieć zaświadczenie przeszkolenia przez producenta?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest szacowanie wartości zamówienia. Zamawiający nie odniesie się, na tym etapie do powyższego pytania.

Pytanie 3

dotyczy: Pakietu nr 76

Zwracamy się z pytaniem o możliwość wykonania przeglądu technicznego wszystkich dwóch urządzeń z pakietu nr 76 w tym samym czasie (w czasie jednej wizyty serwisanta).

Takie rozwiązanie umożliwi zaoferowanie znacznie lepszej oferty, gdyż wyeliminuje konieczność dodatkowych przyjazdów serwisanta. Każdorazowy koszt dojazdu serwisanta stanowi znaczny udział w całkowitej wartości oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wymaga się, aby czynności serwisowe, konserwacyjne i przeglądy były wykonywane zgodnie z instrukcją użytkowania (w tym zaleceniami wytwórcy co do częstotliwości). Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż przedmiotowa wycena (ogłoszenie o szacowaniu) nie stanowi oferty, służy rozeznaniu rynku.

Pytanie 4**dotyczy: Pakietu nr 76**

Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń z pakietu nr 76.

Odpowiedź: Poz. 1 – 9109238

Poz. 2 - IA3001390

Pytanie 5**Dotyczy: pakietów**

Pakiet nr 17 – Kardiomonitor

Pakiet nr 55 – Respirator

Pakiet nr 69 – Kardiograf

Pakiet nr 71 – System okołoporodowy

Pakiet nr 82 – Stanowisko do resuscytacji

Pakiet nr 83 – Nawilżacz

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie numerów seryjnych do powyższych pakietów, co umożliwi Wykonawcy wycenę właściwego aparatu.

Odpowiedź:**Pakiet nr 17 – Kardiomonitor**

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2021	Oddział Rehabilitacji	co 12 miesięcy	1	SQF21202426WA
2	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2020	ZOL	co 12 miesięcy	1	SQF20474773WA
3	Kardiomonitor	DRAGEER	2020	Oddział Chirurgiczny	co 12 miesięcy	1	S1SNE1313
4	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2021	Oddział Chirurgiczny	co 12 miesięcy	1	SQF21202419WA
5	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2021	Oddział Chirurgiczny	co 12 miesięcy	1	SQF21202428WA
6	Kardiomonitor	COMEN	2021	Oddział Wewnętrzny	co 12 miesięcy	1	5 szt – KF201119036 do 04
7	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2020	Oddział Wewnętrzny	co 12 miesięcy	1	SQF474654WA
8	Kardiomonitor	BIAMEDITEK	2017	Ambulatorium	co 12 miesięcy	1	KQ72002575
9	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2020	Ambulatorium	co 12 miesięcy	1	SQF20474597WA
10	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2011	OIT	co 12 miesięcy	1	CF-1A109716
11	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2011	OIT	co 12 miesięcy	1	CF-14109718
12	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2011	OIT	co 12 miesięcy	1	CF-1A109717
13	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2011	OIT	co 12 miesięcy	1	CF-1A109619

14	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2019	OIT	co 12 miesięcy	1	CF39119444
15	Kardiomonitor Bene View T8	MINDRAY	2018	OIT	co 12 miesięcy	1	CF72132193
16	Kardiomonitor iPM 9800	MINDRAY	2010	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	DM - 0B003590
17	Kardiomonitor MEC-2000	MINDRAY	2011	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	CV-19106795
18	Kardiomonitor MEC-2001	MINDRAY	2011	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	CV-19106796
19	Kardiomonitor MEC-2002	MINDRAY	2011	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	CV19106797
20	Kardiomonitor BeneVision N17	MINDRAY	2023	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	F2-35025261
21	Kardiomonitor BeneVision N17	MINDRAY	2023	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	F2-35025260
22	Kardiomonitor Q7	BIOLIGHT	2020	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	Q071ED13061
23	Kardiomonitor Q7	BIOLIGHT	2020	Anestezjologi a	co 12 miesięcy	1	Q071ED05676
24	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2020	Oddział Ginekologicz no- Położniczy	co 12 miesięcy	1	SQF20474583WA
25	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2020	Oddział Ginekologicz no- Położniczy	co 12 miesięcy	1	AQF20474568WA
26	Kardiomonitor	GR HEALTHCARE	2018	Oddział noworodkow y	co 12 miesięcy	1	SP318311591WA

Pakiet nr 55 – Respirator

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	Respirator pneumatyczny	SMITHS	2010	Dział Pomocy Doraźnej	co 12 miesięcy	1	0908308
2	Respirator	WEINMANN	2022	Dział Pomocy Doraźnej	co 12 miesięcy	1	19884
3	Respirator	MEDICAL	2020	Ambulatori um	co 12 miesięcy	1	20088949
4	Respirator	PHILIPS	2020	Ambulatori um	co 12 miesięcy	1	H80006036D56F
5	Respirator	PHILIPS	2020	Ambulatori um	co 12 miesięcy	1	H80005860DEE

6	Respirator ręczny	AMBU	2006	Dział Pomocy Doraźnej	co 12 miesięcy	1	22604816
7	Respirator	MINDRAY	2021	OIT	co 12 miesięcy	1	AA6-11010851
8	Respirator	MINDRAY	2013	OIT	co 12 miesięcy	1	EE-51001503
9	Respirator	MINDRAY	2015	OIT	co 12 miesięcy	1	EE-39000646
10	Respirator	GE	2010	OIT	co 12 miesięcy	1	CBCP01998
11	Respirator	GE	2010	OIT	co 12 miesięcy	1	CBCP02014
12	Respirator	GE	2010	OIT	co 12 miesięcy	1	CBCP01952
13	Respirator	DRAGER	2020	OIT	co 12 miesięcy	1	ASNM-0524
14	Respirator	Nihon Kohden Corporation	2020	OIT	co 12 miesięcy	1	00169
15	Respirator	IMT MEDICAL	2020	OIT	co 12 miesięcy	1	MB103970
16	Respirator	FRITZ STEPHAN	2020	OIT	co 12 miesięcy	1	S07020411000608

Pakiet nr 69 – Kardiotokograf

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	Kardiotokograf	HEALTHCARE	2015	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	738XB024177115
2	Kardiotokograf	HEALTHCARE	2015	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	738XA024315915
3	Kardiotokograf	HEALTHCARE	2015	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	738XA024305214
4	Kardiotokograf	HEALTHCARE	2015	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	738XA024315815
5	Kardiotokograf	EDAN	2010	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	FB2021070028H
6	Kardiotokograf	EDAN	2010	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	FB2021090062H
7	Kardiotokograf	EDAN	2010	Oddział położniczo-ginekologiczny	co 12 miesięcy	1	FB2021080135H
8	Kardiotokograf	EDAN	2010	Oddział noworodkowy	co 12 miesięcy	1	FB2021090063H

Pakiet nr 71 – System okołoporodowy

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	System okołoporodowy	healthcare	2015	Oddział ginekologiczno-położniczy	co 12 miesięcy	1	775AX010005814

Pakiet nr 82 – Stanowisko do resuscytacji

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	Stanowisko do resuscytacji PANDA	GE HEALTHCARE	2018	Oddział noworodkowy	co 12 miesięcy	1	PBWX71363

Pakiet nr 83 – Nawilżacz

L.p.	Nazwa aparatu	Producent	Rok prod.	Użytkownik	Częstotliwość przeglądów	Ilość przeglądów	Seria
1	Nawilżacz MR 850	GE HEALTHCARE	2018	Oddział noworodkowy	co 12 miesięcy	1	180124346605

Pytanie 6**dotyczy: Pakietu nr 85**

W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie modelu tomografu komputerowego oraz producenta i modelu monitorów do prezentacji obrazów medycznych (3 szt.) stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 85.

Odpowiedź: Model tomografu: SOMATOM GO TOP.

Model i producent monitorów diagnostycznych (3 szt):

I monitor: – HL 231 GSH, producent Shenyeng Tovek-Bigtide,

I i II monitor: producent EIZO, model: HX243W, HX243W.

Pytanie 7**dotyczy: Pakietu nr 85**

W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie daty wykonania pełnego przeglądu technicznego tomografu komputerowego produkcji Siemens, obejmującego wymianę zespołu szczotek ślizgowych.

Wskazujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta podczas przeglądu aparatu, raz na 3 lata, należy wymienić zespół szczotek ślizgowych w tomografie, co ma istotny wpływ na cenę oferty dla Państwa.

Odpowiedź: Daty wykonania pełnego przeglądu technicznego tomografu komputerowego produkcji Siemens, obejmującego wymianę zespołu szczotek ślizgowych – nie dotyczy. Tomograf został zainstalowany dnia 27.05.2024 r. Rok produkcji aparatu – 2023.

Pytanie 8**dotyczy: Pakiet 38**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta Safewarm do wykonywania przeglądów systemów ogrzewania pacjenta?

Brak autoryzacji może skutkować nieprawidłową kalibracją, użyciem nieoryginalnych części oraz niewłaściwym wykonaniem procedur bezpieczeństwa, co może stanowić zagrożenie dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie (szacowanie wartości zamówienia) nie precyzuje warunków zamówienia.

Pytanie 9**dotyczy: Pakiet 59**

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2 tj. systemów do ogrzewania pacjenta Medwarm firmy Istanbul Medikal do osobnego pakietu, ponieważ w celu przeprowadzenia przeglądu wymagane jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania i oprogramowania posiadanego jedynie przez autoryzowany serwis wskazany przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie (szacowanie wartości zamówienia) nie będzie wydzielał poszczególnych pozycji z pakietu. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wycenę poszczególnych pozycji pakietowych.

Pytanie 10**dotyczy: Pakiet nr 53**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy serwis ma obejmować wzorcowanie, czy walidację termometrów? Jeżeli ma obejmować wzorcowanie, to czy ma ono być dokonane przez laboratorium PCA, czy dopuszczona jest walidacja metodą porównawczą za pomocą wzorcowanego przyrządu pomiarowego? Dodatkowo prosimy o podanie w ilu punktach temperatury ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze?

Odpowiedź: Serwis ma obejmować wzorcowanie. Wzorcowanie musi być wykonane przez laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wzorcowanie termometrów powinno być zrealizowane w minimum 3 punktach temperaturowych (wybranych z zakresu 35°C do 42°C).