

N/znak: ZOZ.II/ZP/275/2025

Chełmno, dnia 02.12.2025 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ZAKRESIE PAKIETU NR 2

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest: „Zakup wraz z dostawą systemów ogrzewania pacjenta oraz materaców przeciwodleżynowych dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 63/2025.

1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą systemów ogrzewania pacjenta oraz materaców przeciwodleżynowych dla ZOZ w Chełmnie.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.11.2025 r. na kwotę:

PAKIET NR 2

netto 13 887,04 zł

brutto 14 998,00 zł

3. W dniu 07.11.2025 r. zamieszczono na stronie internetowej www.zoz.chelmno.pl informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4. W terminie do dnia 17.11.2025 r. do godziny 12:00 wpłynęła mailem poniższa oferta:

Pakiet nr 2

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena zł netto	Cena zł brutto	Punktacja w kryterium cena
1.	Stieglmeyer Sp. z o. o. 86-212 Stolino, Grubno 63	13 700,00	14 796,00	100,00
2.	REVITA Ewa Krutul Podamirowo 30, 76-031 Mścice	Oferta odrzucona		

5. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (ust. 2 pkt 11 Zapytania ofertowego).

Wymagane parametry przez Zamawiającego	Zaoferowane parametry przez Wykonawcę
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna pkt 4 „Tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach, stałego niskiego ciśnienia, maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 20	Wykonawca REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice w załączniku nr 2 w punkcie 4 specyfikacji potwierdził, iż oferowany materac spełnia wymogi Zamawiającego. Jednocześnie dołączona do oferty instrukcja używania potwierdza, że tylko dwa z spośród czterech wymaganych przez Zamawiającego trybów pracy posiada osobną diodę i piktogram. Brakuje

minutach. Każdy z trybów oznaczony osobną diodą oraz piktogramem.”	diod i piktogramów dla trybu zmiennociśnieniowego i trybu stałego niskiego ciśnienia.
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna pkt 25 „Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. Zabezpieczenie przed przypadkowym odłączeniem przewodu elektrycznego w postaci klapki wbudowanej w pompę.”	Wykonawca REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice w załączniku nr 2 w punkcie 25 specyfikacji, potwierdził, iż oferowany materac spełnia wymogi Zamawiającego. Jednocześnie w załączonej do oferty instrukcji używania, gdzie widoczne jest zdjęcie zaoferowanej pompy, widać, że w miejscu służącym do podłączenia przewodu elektrycznego nie ma wbudowanej klapki do zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie wykonawcy:

Stieglmeyer Sp. z o. o.
86-212 Stolno
Grubno 63

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

8. Postępowanie prowadziła: Izabela Mazurek, Grażyna Marcinkowska, Klaudia Zielińska.

9. Podpisanie umowy nastąpi dnia **05.12.2025 r.**

02.12.2025 r. Izabela Mazurek, Grażyna Marcinkowska, Klaudia Zielińska.

(data, podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/~~nie zatwierdzam~~

02.12.2025 r. Marzanna Ossowska – Dyrektor ZOZ
(Data i podpis Kierownika zamawiającego)